

## Hergebruik beademingslangen t.b.v. crisissituatie SARS-Coronavirus 2

Via de Taskforce IC van VWS is aan de VDSMH gevraagd mee te denken aan een landelijk protocol om, voor het geval het binnen de crisissituatie van SARS-Coronavirus 2 nodig mocht zijn, single use (niet verwarmde) beademingslangen voor hergebruik op te werken. Zij verwijzen hierbij naar het 'Huwan-protocol' waarbij gebruik gemaakt wordt van handmatige desinfectie m.b.v. chloor en naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis (zij zouden al een protocol hebben)

Bij navraag onder collega's is noch het JBZ-protocol noch het Huwan protocol bekend.

Dit heeft er in geresulteerd dat vanuit de VDSMH een voorstel is gemaakt voor een beleidslijn hoe om te gaan bij tekorten van 'simpele' beademingslangen. Hieronder wordt verstaan: niet verwarmd, enkel uitgevoerd, geen koppel of andere y-stukken, geen filters etc.

Het advies van de VDSMH is om dit protocol in gezamenlijkheid af te stemmen met de VHIG.

Wij bedrukken hierbij duidelijk dat dit gaat om toepassing in de huidige crisissituatie SARS-Coronavirus 2 en dat het stroomschema niet van toepassing is voor reguliere (electieve) zorg.

Stroomschema

Zie pagina 2

*Versie 2, 24-04-2020*

*Opstellers:*

*Jolanda Buijs (Erasmus MC)*

*Kees van der Meulen (Bravis Ziekenhuis)*

*Jannie Smit (Radboudumc)*

*Namens de VHIG: Paul Anröchte (Bestuurslid)*

**Stroomschema 'simpele' beademingsslangen t.b.v. crisissituatie SARS-CoronaVirus 2** (niet voor reguliere zorg)  
*niet verwarmd, enkel uitgevoerd, geen koppel of andere y-stukken, geen filters etc.*

De oplossingen zijn genummerd van 1 (voorkeur) naar 4 (minst wenselijk)

